SOFT



Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

05-2020 - Q1017v30

Gebruiksaanwijzing **NL**

Zachte contactlens

Productnaam: zie label op verpakking.
Materiaalnaam: zie label op verpakking.
Bewaarvloeistof: saline.
Gebruik: het product is bedoeld om overdag te dragen.
Indicatie voor gebruik: corrector van refractieve afwijkingen en optimaliseren van gezichtscherpte.
Draagschema: lens is geschikt voor dagelijks gebruik. Draag uw lenzen niet als u slaapt, tenzij uw oogzorgdeskundige heeft aangegeven dat het veilig is dit te doen. Draag de lenzen volgens draag- en verwangingsvoorschrift van de oogzorgdeskundige.

Aanwijzingen voor reiniging en gebruik
Lens normal/binnenstebuiten (Fig.1)
Inzetten lens (Fig.2)
Uitnemen lens (Fig.3)

- De contactlenzen en de contactlenshouders moeten regelmatig, volgens aanwijzing van uw oogzorgdeskundige, zorgvuldig gereinigd, verzorgd en verwangen worden. Gebruik voor het afspoelen van de lenzen gén kraanwater maar bij voorkeur saline (=sterile zoutoplossing) en laat uw lenshouder geopend drogen in de lucht.
- Gebruik alleen onderhoudsmiddelen die door uw oogzorgdeskundige aanbevolen wordt om ongewenste wisselwerking van de contactlenzen met het onderhoudsmiddel te vermijden.
- Was de handen grondig met water en zeep en droog ze zorgvuldig af alvorens de lens te hanteren.
- Niet gebruiken indien de contact lens beschadigd is.
- Ruh van contactlenzen ontdoen via huishoudelijk afval tenzij anders vereist door lokale wetgeving.

Waarschuwingen
Niet gebruiken en neem contact op met uw oogzorgdeskundige indien volgende situaties zich voordoen:
- Ontstekingen infecties, roodheid of irritatie van het oog of oogleden.
- Verandere hoornvlies gevoeligheid of verlaagde traanproductie.
- Elk allergeen zieketebeld dat ook het oog beinvloedt, of waarbij het dragen van contactlenzen het risico op complicaties vergroot.
- Intolerantie of abnormale reactie van het oog op het dragen van contactlenzen.

Geef elke verandering van het draagcomfort van de contactlenzen aan uw oogzorgdeskundige door; aals overmatige traanvloed, sterke roodheid, slechter zien of allergische reacties. Het niet tijdig ervoegen van medische hulp kan blijvende oogbeschadigingen tot gevolg hebben.

Niet gebruiken indien de contactlensdrager de instructies voor veilig gebruik van contactlenzen niet kan of weigert op te volgen.

Voorzorgsmaatregel:
- Bezoek uw oogzorgdeskundige regelmatig om uw ogen en contactlenzen te laten controleren.
- Bij matige lichtomstandigheden kunnen bij bi- of multifocale lenzen reflecties ontstaan die het zicht belemmeren. Zorg dat uw gezichtsvermogen onbelemmerd is bij schemer/'s nachts, met name voor het besturen van een gemotoriseerd voertuig.
- Gebruikers met een leesaddiste groter dan +1,50 D should be carefully monitored by uw oogzorgdeskundige gecontroleerd worden tijdens de gewennningsperiode. De geïschtscherpte kan tijdens de gewennningsperiode suboptimaal zijn.
- Draag geen zachte lenzen tijdens het zwemmen. Dit kan leiden tot een microbiële of virale infectie.
- Het is niet veilig om zachte lenzen te hergebruiken nadat de gebruiker deze langer heeft opgelagen dan in de reiningsinstructie is voorgeschreven. Neem in dat geval weer nieuwe lenzen en gooi de oude lenzen weg.
- Deze sterriele contact lens is gesterliseerd door middel van stoom. Zorg dat het zegel van verpakking onbeschadigd is als de lenzen voor het eerst gebruikt worden. Neemt contact op met de leverancier indien dit niet het geval is.
- Contactlenzen uitnemen en grondig reinigen met het voorgeschreven verzorgingssysteem zodra cosmetica of sigaretterook tot ongirritatie leidt.
- Geneesmiddelen die gebruende langere tijd gebruikt worden kunnen de draagbaarheid van de lenzen beïnvloeden. uw oogzorgdeskundige door welke medicijnen u gebruikt.
- Tijdens zwangerschap of bij het gebruik van orale anticonceptiemiddelen kan het draagcomfort van contactlenzen afnemen. Consulteer in dat geval uw oogzorgdeskundige.
- Elk ernstig gezondheidsincident gerelateerd aan de contactlens dient onmiddellijk gemeld te worden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de Europese lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.
- Verwaldatum. Zie verpakking. Niet gebruiken na uiterste gebruiksdatum.
- Aanbevolen transport omstandigheden : tussen 5°C en 50°C en voorkom blootstelling aan direct zonlicht. Aanbevolen opslagtemperatuur is tussen 15°C en 35°C.
- Contactlenzen kunnen weggegooid worden via gewoon huishoudelijk afval tenzij anders vereist door lokale wetgeving.

Verklaring van de symbolen en afkortingen op het etiket:
- Fabrikant.
- Vervaldatum.
- Lotnummer.
- Stoomgesterliseerd.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
- Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Notice d'utilisation **FR**

Lentilles de contact souples

Nom du produit: voir l'étiquette sur l'emballage.
Nom du matériau: voir l'étiquette sur l'emballage.
Solution d'entretien: saline.
Utilisation prévue: ce produit est destiné à être porté le jour.
Indications d'utilisation: correction des troubles de la réfraction et optimisation de l'acuité visuelle
Modalités de port: les lentilles sont adaptées à un usage quotidien. Retirez vos lentilles avant d'aller dormir, sauf si votre spécialiste des yeux vous a confirmé que vous pouvez les garder sans danger. Respectez la fréquence de port et de renouvellement des lentilles indiquée par votre spécialiste des yeux.

Instructions de nettoyage et d'utilisation
Lentille normale/à l'envers (Fig. 1)
Mettre la lentille (Fig. 2)
Retirer la lentille (Fig. 3)

- Les lentilles de contact et l'étui des lentilles de contact doivent être soigneusement nettoyés, entretenus et remplacés régulièrement, selon les instructions de votre spécialiste des yeux. Ne rincez pas les lentilles à l'eau du robinet, mais utilisez de préférence une solution saline (solution stérile à base de sel). Pour sécher l'étui, laissez-le ouvert à l'air libre.
- Utilisez exclusivement des solutions d'entretien recommandées par votre spécialiste des yeux afin d'éviter les interactions indésirables entre les lentilles de contact et la solution d'entretien.
- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon, puis sécher-les scrupuleusement avant de manipuler les lentilles.
- N'utilisez pas la lentille si elle est endommagée.
- Veuillez jeter les lentilles de contact avec les ordures ménagères, sauf indication contraire dans la législation locale.

Avertissements
N'utilisez pas les lentilles et contactez votre spécialiste des yeux si l'une des situations suivantes se produit:
- inflammations, infections, rougeur ou irritation de l'œil ou des paupières;
- altération de la sensibilité de la cornée ou réduction de la production de larmes;
- toute maladie générale impliquant également l'œil ou pour laquelle le port de lentilles de contact accroît le risque de complications.
- intolérance ou réaction anormale de l'œil lors du port de lentilles de contact.

Informez votre spécialiste des yeux de toute modification du confort de l'œil lors du port de lentilles de contact, comme un larmoiement excessif, une rougeur intense, une détérioration de la vision ou une réaction allergique. Des lésions oculaires irréversibles pourraient survenir en cas d'aide médicale trop tardive.

N'utilisez pas les lentilles de contact si le porteur de lentilles est incapable ou refuse de suivre les instructions pour une utilisation sans danger des lentilles de contact.

Précautions:
- Consulter régulièrement votre spécialiste des yeux pour pour contrôler vos yeux et les lentilles de contact.
- En cas de luminosité faible, les lentilles bifocales ou multifocales peuvent entraîner l'apparition de reflets affectant la vision. Assurez-vous que votre vision reste claire au crépuscule et pendant la nuit, surtout avant de conduire un véhicule motorisé.
- Les utilisateurs avec une addition de lecture supérieure à + 1,50 D doivent être surveillés attentivement par un spécialiste des yeux au cours de la période d'adaptation. L'acuité visuelle peut être sous-optimale pendant la période d'adaptation.
- N'utiliser pas de lentilles souples lorsque vous nagez. Ceci pourrait provoquer une infection microbienne ou virale.
- La réutilisation de lentilles souples après que l'utilisateur les a rangées pendant une durée supérieure à celle indiquée dans les instructions d'entretien comporte des risques. Le cas échéant, portez des lentilles neuves et jetez les anciennes.
- Cette lentille de contact stérile a été stérilisée à la vapeur d'eau. Vérifiez que le sceau de l'emballage est intact lorsque vous utilisez les lentilles pour la première fois. Dans le cas contraire, contactez le fournisseur.
- Retirez les lentilles de contact et nettoyez-les soigneusement à l'aide du système d'entretien prescrit dès que de la fumée de cigarette ou des produits cosmétiques provoquent une irritation de l'œil.
- Les médicaments à prendre pendant une longue période peuvent affecter les conditions de port des lentilles. Communiquez à votre spécialiste des yeux les médicaments que vous prenez.
- La grossesse ou la prise de moyens contraceptifs par voie orale peuvent réduire le confort de port des lentilles de contact. Le cas échéant, contactez votre spécialiste des yeux.
- Tout incident de santé lié aux lentilles de contact doit être immédiatement signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne où l'utilisateur est établi.
- Date d'expiration : voir l'emballage. Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Conditions de transport recommandées : entre 5 °C et 50 °C en évitant l'exposition directe à la lumière du soleil. Températures de stockage recommandées : entre 15 °C et 35 °C.
- Les lentilles de contact peuvent être jetées avec les ordures ménagères, sauf indication contraire dans la législation locale.

Explication des symboles et abréviations sur l'étiquette
- Fabricant.
- Date d'expiration.
- Numéro de lot.
- Stérilisé à la vapeur d'eau.
- Consulter la notice avant l'utilisation.
- Le marquage CE confirme que le produit est conforme à la législation européenne relative aux dispositifs médicaux.

Instruction for use **EN**

Soft contact lenses

Product name: see packaging label.
Material name: see packaging label.
Storage solution: saline.
Intended Use: the product is intended for daily wear.
Indications for use: correction of refractive disorders and optimize visual acuity.
Wearing schedule: the lenses are suitable for daily wear. Do not sleep in your lenses unless your eye care professional has advised it is safe to do so. Follow the wear and replacement schedule provided by your eye care professional.

Instructions for cleaning and use
Lens normal/inside-out (Fig.1)
Lens insertion (Fig.2)
Lens removal (Fig.3)

- The contact lenses and the contact lens case must be regularly and carefully rinsed, maintained, and replaced according to the instructions provided by your eye care professional. Do not use tap water to rinse the lenses. Saline (sterile salt solution) is preferred and allow your lens case to air dry while open.
- Use only the cleaning solutions recommended by your eye care professional to avoid unwanted interaction between the contact lenses and the cleaning solution
- Wash your hands thoroughly with soap and dry them carefully before handling lenses.
- Do not use in case the contact lens is damaged.
- Please dispose of contact lenses via normal household waste unless local regulations requires otherwise.

Warnings
Do not use and consult your eye care professional if any of the following conditions occur:
- Inflammation, infection, redness or irritation of the eye or eyelid.
- Changes in corneal sensitivity or reduced tear production.
- Any general disease that may affect the eye, or for which wearing contact lenses may increase the risk of complications.
- Intolerance or abnormal eye reaction to the wearing of contact lenses.

Report any changes in eye comfort while wearing the contact lenses to your eye care professional; these changes may include increased tearing, severe redness, poor vision or allergic reaction. Failing to seek timely medical treatment may result in permanent eye damage.

Do not use contact lenses if the contact lens wearer cannot or refuses to follow the instructions for safe contact lens use.

Precautions:
- Visit your eye care professional regularly to examine your eyes and contact lenses.
- In poor lighting conditions, bi- or multifocal lenses can create reflections than may impair vision. Ensure that your eyesight is unimpaired at dusk/night, particularly before operating a motorised vehicle.
- Users with a reading addition greater than +1,50 D should be carefully monitored by a eye care professional during the adaption phase. Visual acuity might be suboptimal during the adaptation phase.
- Do not wear soft lenses while swimming. This may lead to microbial or viral infections.
- It is not safe to re-use soft contact lenses which the user has stored for a period longer than prescribed in the cleaning instructions. In this case, use new lenses and discard the old lenses.
- This sterile contact lens has been sterilised by steam. Ensure that the packaging seal is not damaged or open when using lenses for the first time. Contact the supplier if this is not the case.
- Remove the lenses and rinse them thoroughly with the prescribed care system as soon as contact with cosmetics or sigarette smoke causes eye irritation
- Medications that are used over a long period of time may affect the wearability of the lenses. Be sure to inform your eye care professional of any medication you are taking.
- Pregnancy or the use of oral contraception drugs may reduce the wearing comfort of contact lenses. Consult your eye care professional if this occurs.
- Any serious health incident that has occurred in relation to the contact lenses should be reported immediately to the manufacturer and the competent authority of the European Member State in which the user is established
- Expiry date: See the package. Do not use after the expiry date.
- Recommended transportation conditions are between 5°C and 50°C and avoid direct sunlight. Recommended storage temperature are between 15°C and 35 °C.
- Contact lenses can be disposed of via regular household waste unless local regulations require otherwise.

Explanation of symbols and abbreviations on the label:
- Manufacturer.
- Expiry date.
- Lot number.
- Steam sterilised.
- Consult instructions for use.
- The CE mark confirms that the product meets the standards laid down in the European legislation for Medical Devices.

Gebrauchsanweisung **DE**

Weiche Kontaktlinse

Produktname: Siehe Etikett auf Verpackung.
Materialname: Siehe Etikett auf Verpackung.
Aufbewahrungsflüssigkeit: Kochsalzlösung.
Verwendungszweck: Das Produkt ist für das tägliche Tragen bestimmt.
Verwendungsindikationen: Korrektur refraktiver Störungen und Optimierung der Sehschärfe
Trageschema: Die Linse ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Tragen Sie die Linsen nicht beim Schlafen, es sei denn, dass Ihr Augenspezialist keine Sicherheitsbedenken hat. Tragen Sie die Linsen entsprechend den Trage- und Wechselanweisungen Ihres Augenspezialisten.

Reinigung und Anwendung
Linse normal/innenseite außen (Abb.1)
Einsetzen der Linse (Abb.2)
Entnehmen der Linse (Abb.3)

- Kontaktlinsen und Kontaktlinsenhalter müssen regelmäßig entsprechend den Anweisungen Ihres Augenspezialisten sorgfältig gereinigt, gepflegt und gewechselt werden. Zum Spülen kein Leitungswasser, sondern vorzugsweise eine sterile Kochsalzlösung verwenden und den Linsenhalter geöffnet an der Luft trocknen lassen.
- Verwenden Sie nur Pflegemittel, die von Ihrem Augenspezialist empfohlen werden, um unerwünschte Wechselwirkungen der Kontaktlinsen mit dem Pflegemittel zu vermeiden.
- Vor Handhabung der Linse die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen und sorgfältig abtrocknen.
- Bei Beschädigung der Kontaktlinse diese nicht verwenden.
- Bitte entsorgen Sie Kontaktlinsen im Hausmüll, falls lokale Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

Warnhinweise
Bitte sehen Sie von der Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihren Augenspezialist, falls Folgendes auftritt:
- Entzündungen, Infektionen, Rötung oder Reizung von Auge oder Augenlidern.
- Veränderte Hornhautempfindlichkeit oder verringerte Tränenproduktion.
- jedes allgemeine Krankheitsbild, das auch Auswirkungen auf der Augen hat oder bei dem das Tragen von Kontaktlinsen das Risiko von Komplikationen erhöht.
- Intoleranz- oder abnormale Reaktion des Auges auf das Tragen von Kontaktlinsen.

Teilen Sie Ihrem Augenspezialist jede Veränderung in Bezug auf den Tragekomfort der Kontaktlinsen mit, wie etwa übermäßige Tränenflüssigkeit, starke Rötung, verschlechterte Sicht oder allergische Reaktionen. Zu späte Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe kann bleibende Augenschäden zur Folge haben.

Nicht verwenden, falls der Kontaktlinsenträger die Instruktionen zum sicheren Gebrauch von Kontaktlinsen nicht befolgen kann oder will.

Vorsichtsmaßnahme:
- Lassen Sie Ihre Augen und Kontaktlinsen regelmäßig von Ihrem Augenspezialist kontrollieren.
- Bei mäßigen Lichtverhältnissen können bei bi- oder multifokalen Linsen Reflexionen entstehen, die das Sehvermögen einschränken. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sehvermögen in der Dämmerung/nachts unbehindert ist, vor allem beim Führen eines Kraftfahrzeugs.
- Anwender mit einer Lesaddition von über +1,50 D müssen während der Gewöhnungsperiode sorgfältig durch den Augenspezialist überwacht werden. Die Sehschärfe kann während der Gewöhnungsperiode suboptimal sein.
- Beim Schwimmen keine weichen Linsen tragen. Dies kann zu mikrobiellen oder viralen Infektionen führen.
- Die Wiederverwendung weicher Kontaktlinsen nach langer Aufbewahrungsdauer als in den Reinigungsanweisungen angegeben ist nicht sicher. Verwenden Sie in diesem Fall neue Linsen und entsorgen Sie die alten Linsen.
- Diese sterile Kontaktlinse wurde mit Dampf sterilisiert. Vor dem ersten Gebrauch muss das Siegel der Verpackung unbeschädigt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.
- Kontaktlinsen entnehmen und mit dem vorgeschriebenen Pflegesystem gründlich reinigen, wenn Kosmetika oder Zigarettenrauch zu Augenreizung führen.
- Über längere Zeit angewendete Medikamente können die Tragfähigkeit der Linsen beeinträchtigen. Teilen Sie Ihrem Augenspezialist, welche Medikamente Sie anwenden.
- Während Schwangerschaft oder Anwendung oraler Verhütungsmittel kann sich der Tragekomfort von Kontaktlinsen verschlechtern. Ziehen Sie in diesem Fall Ihren Augenspezialist zu Rate.
- Jeder ernste gesundheitliche Zwischenfall, der mit der Kontaktlinse in Zusammenhang steht, sollte unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Staats gemeldet werden, in dem der Anwender wohnhaft ist.
- Ablaufdatum: Siehe Verpackung. Nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- Empfohlene Transportbedingungen: zwischen 5 °C und 50 °C, dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur zwischen 15 °C und 35 °C.
- Bitte entsorgen Sie Kontaktlinsen im Hausmüll, falls lokale Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

Erklärung der Symbole und Abkürzungen auf dem Etikett:
- Hersteller
- Ablaufdatum.
- Chargennummer.
- Dampfsterilisiert.
- Vor Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen.
- Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den europäischen Bestimmungen für medizinische Hilfsmittel entspricht.

Istruzioni per l'uso **IT**

Lente a contatto morbida

Nome del prodotto: vedere l'etichetta sulla confezione.
Nome del materiale: vedere l'etichetta sulla confezione.
Liquido di conservazione: soluzione salina.
Uso previsto: il prodotto è concepito per essere indossato tutti i giorni.
Indicazioni per l'uso: correzione dei disturbi della rifrazione e ottimizzazione dell'acuità visiva.
Schema di utilizzo: la lente è adatta per l'uso durante il giorno. Non indossare le lenti durante il sonno, a meno che lo specialista per gli occhi non abbia stabilito che lo si può fare in sicurezza. Indossare le lenti secondo le prescrizioni di utilizzo e di sostituzione fornite dallo specialista per gli occhi.

Istruzioni per la pulizia e l'utilizzo
Lente normale/rovesciata (Fig. 1)
Applicazione della lente (Fig. 2)
Rimozione della lente (Fig. 3)

- Le lenti a contatto e i relativi contenitori devono essere lavati, trattati e sostituiti regolarmente secondo le istruzioni dello specialista per gli occhi. Per il risciacquo delle lenti, non utilizzare l'acqua del rubinetto, ma preferibilmente una soluzione salina sterile, quindi lasciare asciugare i contenitori delle lenti aperti.
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione consigliati dallo specialista per gli occhi per evitare contaminazioni indesiderate fra le lenti a contatto e il prodotto per la manutenzione.
- Lavarsi le mani approfonditamente con acqua e sapone e asciugarle con cura prima di manipolare la lente.
- Non utilizzare la lente a contatto se è danneggiata.
- Si prega di smaltire le lenti con i rifiuti domestici, salvo diverse prescrizioni in base alle norme in vigore.

Avvertenze
Non utilizzare e mettersi in contatto con lo specialista per gli occhi se si verificano le situazioni seguenti:
- Infiammazioni, infezioni, arrossamento o irritazione dell'occhio o delle palpebre.
- Sensibilizzazione della cornea o riduzione della lacrimazione
- Tutte le patologie che influenzano anche l'occhio o per le quali l'uso di lenti a contatto aumenta il rischio di complicazioni.
- Intolleranza o reazione anomale dell'occhio all'applicazione delle lenti a contatto.

Informare lo specialista per gli occhi di eventuali cambiamenti del comfort di utilizzo delle lenti a contatto, come una lacrimazione eccessiva, un forte arrossamento, una riduzione della vista o reazioni allergiche. Il mancato intervento di un medico può comportare danni permanenti agli occhi.

Non utilizzare se la persona che le indossa non è in grado o non è disposta a seguire le istruzioni per un utilizzo sicuro delle lenti a contatto.

Precauzione
- Recarsi periodicamente presso lo specialista per gli occhi per un controllo degli occhi e delle lenti a contatto.
- In condizioni di scarsa luminosità, con le lenti bifocali o multifocali si possono produrre riflessi che ostacolano la vista. Accertarsi che la propria vista non sia ostacolata al crepuscolo/di notte, in particolare durante la guida di veicoli a motore.
- Gli utenti con un'addizione per la lettura superiore a +1,50 D devono sottoporsi a un'accurata visita lo specialista per gli occhi durante il periodo di adattamento. Durante il periodo di adattamento, la visione potrebbe essere meno nitida.
- Non indossare le lenti morbide quando si nuota. Ciò potrebbe provocare un'infezione microbica o virale.
- Il riutilizzo delle lenti morbide dopo averle conservate per un periodo più prolungato di quello prescritto non è sicuro. In questo caso, acquistare delle lenti nuove e gettare via quelle usate.
- Queste lenti a contatto sono sterilizzate mediante vapore. Prima del primo utilizzo, accertarsi che il sigillo della confezione non sia danneggiato. In caso contrario, mettersi in contatto con il fornitore.
- Rimuovere le lenti a contatto e pulirle accuratamente con il sistema prescritto in caso di irritazione provocata da cosmetici o fumo di sigarette.
- I medicinali utilizzati per un tempo prolungato possono influenzare il comfort delle lenti. Informare lo specialista per gli occhi sui medicinali utilizzati.
- In gravidanza o durante l'utilizzo di anticoncezionali orali, il comfort delle lenti a contatto può ridursi. In questo caso, consultare lo specialista per gli occhi.
- In caso di incidente con effetti per la salute associato alle lenti a contatto, informare immediatamente il fabbricante e l'autorità competente dello Stato membro UE in cui l'utente è residente.
- Data di scadenza: Vedere la confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Condizioni di trasporto consigliate: fra 5 °C e 50 °C; evitare l'esposizione ai raggi solari diretti. La temperatura di conservazione consigliata è fra 15°C e 35°C.
- Le lenti a contatto possono essere smaltite con i rifiuti domestici, salvo diverse prescrizioni in base alle norme in vigore.

Illustrazione dei simboli e delle abbreviazioni sull'etichetta:
- Fabbricante.
- Data di scadenza.
- Numero di lotto.
- Sterilizzazione mediante vapore.
- Consultare le istruzioni per l'uso.
- Il simbolo CE conferma che il prodotto soddisfa la legislazione europea sui dispositivi medici.

Brugsanvisning **DK**

Bløde kontaktlinser

Produktnavn: se emballagetiket.
Materialenavn: se emballagetiket.
Opbevaringsopløsning: saltvand.

Tilsigtet anvendelse: produktet er beregnet til daglig brug.
Indikationer: korrektion af refraktive lidelser og optimering af synsskarphed.
Tidsplan for brug: linserne er egnede til daglig brug. Sov ikke med linserne i øjnene, medmindre din øjenplejepersonale har angivet, at det er sikkert at gøre det. Følg den slid- og udskiftningsplan, som du har fået af din øjenplejepersonale.

Instruktioner vedrørende rengøring og brug
Linse normal/inderside-ud (Fig.1)
Isætning af linse (Fig.2)
Fjernelse af linse (Fig.3)

- Kontaktlinserne og linsebeholderen skal regelmæssigt og forsigtigt skylles, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med instruktioner fra dit øjenplejepersonale. Brug ikke vand fra vandhanen til at skylle linserne. Saltvand (steril saltopløsning) foretrækker, og lad linsebeholderen lufttørre, mens den er åben.
- Brug kun de rengøringsløsninger, som dit øjenplejepersonale anbefaler for at undgå uønsket interaktion mellem kontaktlinserne og rengøringsopløsningen
- Vask dine hænder grundigt med sæbe og tør dem forsigtigt, før du håndterer linser.
- Brug ikke kontaktlinsen, hvis den er beskadiget
- Bortskaf kontaktlinser i normalt husholdningsaffald, medmindre lokale bestemmelser kræver andet.

Advarsler
Brug ikke linser og konsultér øjenplejepersonale, hvis nogen af følgende forhold opstår:
- Betændelse, infektion, røde øjne eller irritation af øjet eller øjenlåg.
- Ændringer i hornhindens følsomhed eller nedsat tåreproduktion.
- Enhver generel sygdom, som kan påvirke øjet eller hvor brug af kontaktlinser kan øge risikoen for komplikationer.
- Intolerance eller unormal øjenreaktion ved brug af kontaktlinser

Rapportér eventuelle ændringer i øjenkomfort ved brug af kontaktlinserne til øjenplejepersonalet. Disse ændringer kan omfatte forøget tåreproduktion, røde øjne, dårligt syn eller allergisk reaktion. Manglende rettidig medicinsk behandling kan medføre permanent øjenskade.

Brug ikke kontaktlinser, hvis kontaktlinsebrugeren ikke kan eller nægter at følge instruktionerne om sikker brug af kontaktlinser.

Forholdsregler:
- Besøg dit øjenplejepersonale regelmæssigt for at undersøge dine øjne og kontaktlinser.
- Ved dårlige lysforhold kan bi- eller multifokale kontaktlinser forårsage refleksioner, der kan forringe synet. Sørg for, at du ikke har problemer med dit syn i skumringe-/natetimer, især når du kører bil.
- Brugere, som bruger linser med en læsestyrke på over +1,50 D, skal overvåges nøje af øjenplejepersonale under tilpasningsfasen. Visuel skarpthed kan være ikke-optimal under tilpasningsfasen.
- Brug ikke blade linser, når du svømmer. Det kan forårsage mikrobielle eller virale infektioner.
- Det er ikke sikkert at genbruge bløde kontaktlinser, som brugeren har opbevaret i en længere periode end foreskrevet i rengøringsinstruktionerne. I sådanne tilfælde skal du bruge nye linser og kassere de gamle linser.
- Denne sterile kontaktlinse er blevet sterliseret med damp. Sørg for, at pakningsforseglingen ikke er beskadiget eller åben, når du bruger linserne for første gang. Kontakt leverandøren, hvis pakningsforseglingen er beskadiget eller åben.
- Fjern linserne og skyl dem grundigt med det foreskrevne plejesystem, så snart kontakt med kosmetik eller cigaretrøg fører til øjenirritation
- Medicin, der anvendes over en længere periode, kan påvirke linsernes holdbarhed. Sørg for at informere dit øjenplejepersonale om eventuel medicin, som du tager.
- Graviditet eller brug af oral præventionsmedicin kan reducere kontaktlinsernes brugskomfort. Konsultér dit øjenplejepersonale, hvis dette sker.
- Enhver alvorlig sundhedshændelse, der er relateret til kontaktlinserne, skal straks indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvor brugeren bor
- Udløbsdato: Se pakken. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
- Anbefalede transportforhold er mellem 5 °C og 50 °C og direkte sollys skal undgås. Anbefalet opbevaringstemperatur er mellem 15 °C og 35 °C.
- Kontaktlinser kan bortskaffes via almindelig husholdningsaffald, medmindre lokale bestemmelser kræver andet.

Forklaring af symboler og forkortelser på etiketten:
- Fabrikant.
- Udløbsdato.
- Partinummer.
- Dampsterliseret.
- Se brugsanvisning før brug.
- CE-mærket angiver, at produktet opfylder de standarder, der er fastsat i den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr.

Instrucciones de uso **ES**

Lentes de contacto blandas

Nombre del producto: véase la etiqueta del envase.
Nombre del material: véase la etiqueta del envase.
Líquido de conservación: solución salina.
Uso previsto: el producto está destinado al uso diario.
Indicaciones de uso: corrección de trastornos refractivos y optimización de la agudeza visual.
Utilización: esta lentilla está indicada para el uso diario. No use sus lentes cuando duerme, salvo que su especialista del cuidado de la visión le haya indicado que es seguro hacerlo. Use las lentes de acuerdo con las instrucciones de uso y reemplazo del experto del cuidado de la visión.

Instrucciones de limpieza y uso
Lente normal/revés (Fig.1)
Colocación de la lente (Fig.2)
Retirada de la lente (Fig.3)

- Las lentes de contacto y los estuches para lentes de contacto se deben limpiar, mantener y reemplazar cuidadosamente con regularidad, de acuerdo con las instrucciones de su especialista del cuidado de la visión. No use agua del grifo para el aclarado; utilice preferiblemente solución salina (= solución salina estéril) y deje que el estuche para las lentes de contacto se seque al aire.
- Utilice únicamente los sistemas de mantenimiento recomendados por su especialista del cuidado de la visión, para evitar la interacción no deseada de las lentes de contacto con el sistema de mantenimiento.
- Lávese bien las manos con agua y jabón y séquelas bien antes de manipular la lente.
- No utilizar si la lente de contacto está dañada.
- Deseche las lentes de contacto en la basura doméstica, salvo que las normas locales exijan otra cosa.

Advertencias
No utilice las lentes y póngase en contacto con su especialista del cuidado de la visión si se producen las siguientes situaciones:
- Infecciones inflamatorias, enrojecimiento o irritación de los ojos o párpados.
- Cambio en la sensibilidad de la córnea o reducción de la producción de lágrimas.
- Cualquier enfermedad general que afecte también a los ojos, o en la que el uso de lentes de contacto incremente el riesgo de complicaciones.
- Intolerancia o reacción anormal del ojo al usar lentes de contacto.

Informe a su especialista del cuidado de la visión acerca de cualquier disminución en la comodidad de uso de las lentes de contacto, como lagrimeo excesivo, enrojecimiento intenso, empeoramiento de la visión o reacciones alérgicas. La falta de asistencia médica a tiempo puede resultar en daños oculares permanentes.

No utilizar si el usuario de lentes de contacto no puede o no quiere seguir las instrucciones para el uso seguro de las lentes de contacto.

Medidas de precaución:
- Visite a su especialista del cuidado de la visión regularmente para que le revisen los ojos y las lentes de contacto.
- En condiciones de luz moderada, los lentes bifocales o multifocales pueden causar reflejos que obstruyen la visión. Compruebe que no tiene problemas de visión al atardecer o de noche, especialmente al conducir un vehículo motorizado.
- Los usuarios con una adición de lectura superior a +1,50 D deben ser monitorizados cuidadosamente por un especialista del cuidado de la visión durante el periodo de familiarización. La agudeza visual puede ser menos óptima durante el periodo de ajuste.
- No use lentes blandas para la natación, ya que esto podría llevar a una infección microbiana o viral.
- La reutilización de lentes blandas cuando se hayan conservado durante un tiempo superior al indicado en las instrucciones de limpieza puede suponer un riesgo. En este caso, utilice unas nuevas lentes y deseche las viejas.
- Esta lente de contacto estéril ha sido esterilizada por medio de vapor. En la primera utilización de las lentes, asegúrese de que el sello del envase esté intacto. De no ser así, póngase en contacto con el proveedor.
- En caso de que los cosméticos o el humo del cigarrillo le causen irritación en los ojos, quítese las lentes de contacto y límpielas a fondo con el sistema de limpieza prescrito.
- El uso prolongado de algunos medicamentos puede influir en la portabilidad de las lentes. Informe a su especialista del cuidado de la visión de qué medicamentos está tomando.
- La comodidad del uso de los lentes de contacto puede disminuir durante el embarazo o al usar anticonceptivos orales. En este caso, consulte a su especialista del cuidado de la visión.
- Cualquier incidente de salud grave relacionado con la lente de contacto debe ser comunicado inmediatamente al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro europeo donde se encuentra el usuario.
- Fecha de expiración: Ver embalaje. No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Condiciones de transporte recomendadas: entre 5 °C y 50 °C y evitar la exposición a la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento recomendada está entre 15 °C y 35 °C.
- Las lentes de contacto se pueden desechar en la basura doméstica, salvo que las normas locales exijan otra cosa.

Explicación de los símbolos y abreviaturas en la etiqueta:
- Fabricante.
- Fecha de expiración.
- Número de lote.
- Esterilizado con vapor.
- Consulte el manual del usuario antes de su uso.
- La marca CE confirma que el producto cumple con la legislación europea para dispositivos médicos.

Instrucțiuni de utilizare **RO**

Lentile de contact moi

Denumirea produsului: a se vedea eticheta de pe ambalaj.
Denumirea materialului: a se vedea eticheta de pe ambalaj.
Soluție de păstrare: soluție salină.
Destinate utilizare: produsul este destinat utilizării zilnice.
Indicații: corectarea tulburărilor de refracție și optimizarea acuității vizuale.
Program de purtare: lentilele sunt potrivite pentru purtare zilnică. Nu purtați lentilele în timpul somnului, cu excepția cazului în care specialistul în îngrijirea ochilor vă a informat că puteți face acest lucru în siguranță. Respectați programul de purtare și de înlocuire oferit de specialistul în îngrijirea ochilor.

Instrucțiuni pentru curățare și utilizare
Lentile normale/interior-exterior (Fig. 1)
Introducerea lentilelor (Fig. 2)
Scoaterea lentilelor (Fig. 3)

- Lentilele de contact și cutia lentilelor de contact trebuie clătite, întreținute și înlocuite în mod regulat și cu atenție, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de specialistul în îngrijirea ochilor. Nu utilizați apă de la robinet pentru a clăti lentilele. Se preferă soluția salină (soluție salină sterilă); lăsați cuta lentilelor deschisă să se usce la aer.
- Utilizați numai soluțiile de curățare recomandate de specialistul în îngrijirea ochilor pentru a evita orice interacțiune nedorită între lentilele de contact și soluțiile de curățare.
- Spălați-vă bine mâinile cu săpun și uscați-le cu atenție înainte de a manipula lentilele.
- Nu le utilizați în cazul în care lentila de contact este deteriorată
- Eliminați lentilele de contact împreună cu deșeurile menajere obișnuite, cu excepția cazului în care reglementările locale prevăd altfel.

Avertismente
Nu utilizați lentilele și consultați specialistul în îngrijirea ochilor dacă intervine oricare dintre următoarele situații:
- inflamație, infecție, roșiște sau iritare a ochilor sau a pleoapelor.
- modificări ale sensibilității corneei sau reducerea producției de lacrimi
- orice boală generală care poate afecta ochiul sau pentru care purtarea lentilelor de contact poate crește riscul de complicații.
- intoleranță sau reacție scăzută anormală la purtarea lentilelor de contact
- Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun și uscați-le cu atenție înainte de a manipula lentilele.

Raportați specialistului în îngrijirea ochilor orice modificare în confortul ocular în timp ce purtați lentilele de contact; aceste modificări pot include lacrimare excesivă, roșiște severă, vedere slabă sau reacție alergică. Neadministrarea tratamentului medical în timp util poate avea ca efect leziuni oculare permanente.

Nu utilizați lentile de contact în cazul în care purtătorul lentilelor de contact nu poate sau refuză să respecte instrucțiunile de utilizare în siguranță a lentilelor de contact.

05-2020 - Q10175v10

Lens normal/ inside-out

Fig. 1

Lens insertion

Fig. 2

Lens removal



Fig. 3

Măsuri de precauție:
- Vizitați periodic specialistul în îngrijirea ochilor pentru a vă examina ochii și lentilele de contact.
- În condiții de iluminare slabă, lentilele bi- sau multifocale pot crea reflecții care afectează vederea. Asigurați-vă că vederea nu este afectată la conducerea unei mașini, în special înainte de a conduce un vehicul motorizat.
- Utilizatori care pentru cât au suplimentar mai mult de +1,50 D trebuie monitorizați cu atenție de un specialist în îngrijirea ochilor în timpul fazei de adaptare. Acuitatea vizuală poate fi suboptimală în timpul fazei de adaptare.
- Nu purtați lentile de contact mai în timpul nopții. Acest lucru poate duce la infecții microbiene sau viclenie.
- Nu este sigur să refolosiți lentilele de contact moi pe care utilizatorul le-a purtat pentru o perioadă mai lungă decât cea prescrisă în instrucțiunile de curățare. În acest caz, utilizați lentile noi și eliminați lentilele vechi.
- Acele lentile de contact sterile au fost sterilizate cu abur. Asigurați-vă că sigilul ambalajului nu este deteriorat sau deschis atunci când utilizați lentilele pentru prima dată. În caz contrar, contactați furnizorul.
- Indepărtați lentilele și clătiți-le bine folosind sistemul de îngrijire prescris de lindaS ce contactul cu produsele cosmetice sau fumul de țigară provoacă iritarea ochilor
- Medicamentele utilizate pe o perioadă lungă de timp pot afecta rezistența lentilelor. Informați specialistul în îngrijirea ochilor cu privire la orice medicamente pe care le luați.
- Sarcina sau utilizarea medicamentelor contraceptive orale poate reduce confortul de purtare a lentilelor de contact. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați specialistul în îngrijirea ochilor.
- Orice incident grav de sănătate care a survenit în legătură cu lentilele de contact trebuie raportat medicului producătorului și autorității competente din statul membru european în care este stabilit utilizatorul
- Data expirării: A se vedea ambalajul. A nu se utiliza după data expirării.
- Condițiile de transport recomandate sunt cuprinse între 5 °C și 50 °C și se recomandă evitarea expunerii directe la soare. Temperatura de păstrare recomandată este cuprinsă între 15 °C și 35 °C.
- Lentilele de contact pot fi eliminate împreună cu deșeurile obișnuite, cu excepția cazului în care reglementările locale prevăd altfel.

Explicarea simbolurilor și a abrevierilor de pe etichetă:
- Producător.
- Data expirării.
- Numărul lotului.
- Sterilizare cu abur.
- A se consulta instrucțiunile de utilizare.
- Marcajul CE confirmă faptul că produsul respectă standardele stabilite în legislația europeană pentru dispozitivele medicale.

Bruksanvisning — SV

Mjuka kontaktlinser

Produktnamn: se etiketten på förpackningen.
Materialtyp: se etiketten på förpackningen.
Förvaringsvätska: saltlösning.
Avsedd användning: produkten är avsedd att användas dagligen.
Indikationer för användning: korrigering av brytningsfel och optimering av synskärpa.
Bärschema: linserna är lämpliga för daglig användning. Sov inte med linserna isatta såvida inte din optiker har sagt att det är säkert att göra det. Följ det bär- och utbytesschema som din optiker har tillhandahållit.

Anvisningar för rengöring och användning
Lins, det normala/in och utvänd (fig.1)
Sätta i linsen (fig. 2)
Ta ur linsen (fig. 3)

- Kontaktlinserna och linsetuvet måste regelbundet och noggrant rengöras, hållas i bra skick och bytas ut enligt anvisningarna från din optiker. Skölj inte linserna under kranvatten. Använd helst lokalblösning (steril saltlösning), och låt linsetuvet lufttorka utan locket påsatt.
- Använd endast någon av de rengöringsvätskor som rekommenderats av din optiker för att undvika oönskad interaktion mellan kontaktlinserna och rengöringsvätskan.
- Tvätta händerna noga med tvål och vatten och torka dem ordentligt innan du hanterar linserna.
- Använd inte en kontaktlins som är skadad på något sätt.
- Kontaktlinser kan sättas i hushållsavfallet såvida inte annat krävs enligt lokala föreskrifter.

Varning!
Sluta använda linserna om någon av följande situationer uppstår och rådfråga din optiker:
- Inflammation, infektion, rodnad eller irritation i ögat eller under/på ögonlocket.
- Ändrad känslighet i hornhinnan eller minskad ögonproduktion.
- Allmän sjukdom som också påverkar ögat, eller som ger upphov till ökad risk för komplikationer om kontaktlinser bärs.
- Intolerans eller onormal reaktion i ögat mot att bära kontaktlinser.

Rapportera eventuella ändringar i ögonkomforten när du bär kontaktlinser till din optiker. Det kan t.ex. röra sig om ökat tårflöde, torkt ögonlock, nedsatt syn eller allergiska reaktioner. Underlåtenhet att söka medicinsk hjälp i tid kan leda till permanenta skador på ögonen.

Det är inte tillåtet för dig som kontaktlinsanvändare att använda kontaktlinserna om du inte kan, eller vägrar att, följa anvisningarna för säker användning av kontaktlinser.

Försiktighetsåtgärder:
- Besök din optiker regelbundet för att få dina ögon undersökta och för linskontroll.
- I dåliga ljusförhållanden kan bi- eller multifokala linser orsaka reflektioner som kan leda till försämrad syn. Försäkra dig om att din syn inte är nedsatt vid skymning eller på natten, särskilt innan du kör ett motorfordon.
- Användare med en förstärkning större än +1,50 D bör korrigeras av en optiker under anpassningsfasen. Synskärpan kan vara suboptimal under anpassningsfasen.
- Bär inte mjuka linser när du simmar. I annat fall kan det uppstå medfarande eller viral infektion.
- Det kan vara hälsovådligt att använda mjuka kontaktlinser som legat i förvaringsvätska längre än vad som föreskrivs i rengöringsanvisningarna. De gamla linserna ska då kastas och nya linser sättas i.
- Denna sterila kontaktlins har steriliserats med ånga. Kontrollera att inte förslutningen på förpackningen är skadad eller öppen innan du sätter i nya linser för första gången. Kontakta leverantören om så skulle vara fallet.
- Om du skulle känna irritation i ögonen på grund av kontakt med kosmetika eller cigarettrök tar du genast ur kontaktlinsen och rengör dem noga enligt det föreskrivna skötselsystemet.
- Läkemedel som används under lång tid kan påverka linsernas bärbarhet. Var noga med att informera din optiker om eventuella läkemedel du tar.
- Ögonkomforten kan minskas när du bär kontaktlinser och är gravid eller använder orala preventivmedel. Rådfråga din optiker om så är fallet.
- Eventuella allvarliga hälsotillbud som inträffat i samband med kontaktlinserna ska omedelbart rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i den europeiska medlemsstat där användaren befinner sig.
- Utgångsdatum: se förpackningen. Får ej användas efter utgångsdatumet.
- Rekommenderade transportförhållanden är 5-50 °C (ska skyddas mot exponering för direkt solljus). Rekommenderad förvaringstemperatur är 15-35 °C.
- Kontaktlinser kan sättas i hushållsavfallet såvida inte annat krävs enligt lokala föreskrifter.

Förklaring av symboler och förkortningar på etiketten:
- Tillverkare
- Utgångsdatum
- Partinummer
- Ångsteriliserade
- Läs bruksanvisningen före användning
- CE-märket bekräftar att produkten överensstämmer med europeisk lagstiftning för medicinskt utrustning.

Instruções de utilização — PT

Lentes de contacto moles

Nome do produto: consultar embalagem.
Nome do material: consultar embalagem.
Solução de armazenamento: solução salina.
Utilização prevista: este produto destina-se à utilização diária.
Indicações de utilização: correção de erros refrativos e otimização da acuidade visual.
Tempo de utilização: as lentes são adequadas para uso diário. Não utilize as lentes para dormir, salvo indicação em contrário por parte do seu oftalmologista ou optometrista. Utilize e substitua as lentes de contacto consoante as indicações do seu oftalmologista ou optometrista.

Instruções de utilização e limpeza
Lente normal/ao contrário (Fig. 1)
Colocar a lente (Fig. 2)
Retirar a lente (Fig. 3)

- As lentes e o respetivo estojo ou recipiente deverão ser enxaguados, tratados e substituídos com regularidade, consoante as instruções do seu oftalmologista ou optometrista. Não lave as lentes com água da torneira. Recomenda-se a utilização de uma solução salina estéril e deixar o estojo das lentes secar ao ar, aberto.
- De forma a evitar um resultado indesejado da interação entre as lentes de contacto e a limpeza das mesmas, utilize apenas as soluções de limpeza recomendadas pelo seu oftalmologista ou optometrista.
- Antes de manusear as lentes, lave bem as mãos com água e sabão e seque-as cuidadosamente.
- Não utilize as lentes se estas se apresentarem danificadas.
- Descarte as lentes de contacto no lixo doméstico, salvo exigido em contrário pela regulamentação local.

Avisos
Interrompa a utilização das lentes e consulte o seu oftalmologista ou optometrista se ocorrer alguma das seguintes reações:
- Inflamação, infeção, vermelhidão ou irritação no olho ou na pálpebra.
- Alterações na sensibilidade da córnea, ou produção lacrimal reduzida.
- Qualquer doença que possa afetar os olhos, ou para a qual a utilização de lentes de contacto possa aumentar o risco de complicações.
- Intolerância ou reação ocular anormal à utilização de lentes de contacto.

Informe o seu oftalmologista ou optometrista se ocorrerem alterações, a nível de conforto ocular, durante a utilização das lentes de contacto; estas podem incluir um aumento da produção lacrimal, vermelhidão, problemas de visão ou reação alérgica. Se não procurar tratamento médico atempadamente, poderão ocorrer danos permanentes aos olhos.

Não utilize as lentes de contacto caso se recuse ou for incapaz de seguir as instruções para a utilização segura das mesmas.

Precauções:
- Consulte regularmente o seu oftalmologista ou optometrista para examinar os seus olhos e lentes de contacto.
- Em condições de iluminação insuficiente, as lentes bi ou multifocais podem originar reflexos com o potencial de afetar a visão. Certifique-se de que a sua visão não se encontra afetada ao anoitecer e à noite, especialmente antes de conduzir.
- Os indivíduos com dioptria superior a +1,50 D deverão ser monitorizados pelo seu oftalmologista ou optometrista, durante a fase de adaptação. Durante a fase de adaptação, a acuidade visual poderá ser insuficiente.
- Não utilize lentes de contacto moles enquanto nadar. Isto poderá originar infeções microbianas ou virais.
- Não é seguro reutilizar lentes de contacto moles que tenham sido armazenadas por um período de tempo mais longo que aquele indicado nas instruções de limpeza. Nesse caso, descarte as lentes antigas e utilize lentes novas.
- Esta lente de contacto foi esterilizada a vapor. Antes de utilizar as lentes pela primeira vez, certifique-se de que a embalagem se encontra selada, não tendo sido aberta nem danificada. Se não for este o caso, contacte o vendedor.
- De forma a evitar a irritação ocular, se as lentes de contacto entrarem em contacto com cosméticos ou fumo de tabaco, retire-as e lave-as cuidadosamente com a solução indicada.
- A toma de medicamentos por um período longo de tempo pode afetar a utilização das lentes. Informe o seu oftalmologista ou optometrista se estiver a tomar alguma medicação.
- A gravidez ou o uso de contraceptivos orais pode reduzir o conforto na utilização de lentes de contacto. Se isto ocorrer, contacte o seu oftalmologista ou optometrista.
- Qualquer incidente grave de saúde que ocorra em torno das lentes de contacto deverá ser imediatamente denunciado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro europeu da origem do consumidor.
- Prazo de validade: Consultar embalagem. Não utilizar após o prazo de validade.
- As condições recomendadas para o transporte são entre 5°C e 50°C e evitar a exposição direta ao sol. A temperatura recomendada de armazenamento situa-se entre os 15°C e os 35°C.
- As lentes de contacto podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, salvo disposição em contrário na regulamentação local.

Definição dos símbolos e abreviaturas no rótulo:
- Fabricante.
- Prazo de validade.
- Número do lote.
- Esterilizado a vapor.
- Consultar as instruções de utilização.
- A marca CE atesta a conformidade do produto com a legislação europeia relativa a dispositivos médicos.

Návod k použití — CS

Měkké kontaktní čočky

Název produktu: viz štítek na obalu
Název materiálu: viz štítek na obalu
Skladovací roztok: fyziologický roztok
Určené použití: výrobek je určen k dennímu nošení.
Indikace k použití: korekce refrakčních vad zraku a optimalizace zrakové ostrosti.
Režim nošení: čočky jsou vhodné pro denní nošení. Nespěte s nasazenými čočkami, pokud vám kontaktolog nesdělil, že je to bezpečné. Dodržujte režim pro nošení a výměnu stanovený kontaktologem.

Pokyny pro čištění a používání
Normálně čočka/vnitřně-vnější (Obr. 1)
Nasazení čočky (Obr. 2)
Vyjmutí čočky (Obr. 3)

- Kontaktní čočky i pouzdro na ně je potřeba pravidelně a pečlivě vyplachovat, udržovat a vyměňovat podle pokynů stanovených kontaktologem. Neoplachujte čočky kohoutkovou vodou. Je upřednostňovaný fyziologický roztok (sterilní solný roztok). Otevřené pouzdro na čočky nechte uschnout na vzduchu.
- Používejte pouze čisticí roztoky doporučené kontaktologem, aby se zamezilo nežádoucí interakci mezi kontaktními čočkami a čisticím roztokem.
- Před manipulací s čočkami si důkladně umyjte ruce mýdlem a osušte si je.
- Poškozené kontaktní čočky nepoužívejte
- Pokud máte předpisy nenařízují jinak, zlikvidujte kontaktní čočky s komunálním odpadem.

Výstrahy
Nepoužívejte produkt a obraťte se na svého kontaktologa, pokud nastane jedna z následujících situací:
- zánět, infekce, zarudnutí, podráždění oka nebo očního víčka;
- změny citlivosti rohovky nebo snížená tvorba slz;
- jakékoliv celkové onemocnění s možným vlivem na oči, nebo pokud by mohlo nošení kontaktních čoček zvýšit riziko komplikací;
- intolerance nebo nestandardní reakce na nošení kontaktních čoček;

Nahlaste jakékoliv změny v komfortu oka při nošení kontaktních čoček svému kontaktologovi. Tyto změny mohou zahrnovat řešení, silné zarudnutí, špatné vidění nebo alergickou reakci. V případě, že nebude včas vyhledána lékařské pomoc, může dojít k trvalému poškození očí.

Nepoužívejte kontaktní čočky, pokud se uživatel nemůže nebo odmítá řídit pokyny pro bezpečné používání kontaktních čoček.

Bezpečnostní opatření:
- Pravidelně navštěvujte svého kontaktologa kvůli kontrole očí a kontaktních čoček.
- Při špatném osvětlení může u bifokálních nebo multifokálních čočkách dochází k odrazům, které mohou narušovat vidění. Ujistěte se, že za tma nebo v noci nedochází k negativnímu ovlivnění zraku, zejména před řízením motorového vozidla.
- Uživatelé s adicí pro čtení vyšší než +1,50 D by měli být během adaptační fáze pečlivě sledováni kontaktologem. Během adaptační fáze může být ostrost vidění suboptimální.
- Nepoužívejte měkké kontaktní čočky při plavání. Mohla by se rozvinout mikrobiální nebo virová infekce.
- Není bezpečné používat znovu kontaktní čočky, které uživatel skladoval déle, než předepisují pokyny pro čištění. V takovém případě použijte nové čočky a staré zlikvidujte.
- Tato sterilní kontaktní čočka byla sterilizována párou. Při prvním použití čoček ověřte, že utěsnění obalu nebylo poškozeno a obal nebyl otevřen. Pokud by se tak stalo, kontaktujte dodavatele.
- Pokud dojde k podráždění očí následkem kontaktu s kosmetikou nebo cigaretovým kouřem a způsobí podráždění očí, vyjměte čočky a pečlivě je opláchněte předepsaným roztokem
- Léky užívané delší dobu mohou mít vliv na schopnost nošení kontaktních čoček. Nezapomeňte informovat svého kontaktologa o lécích, které užíváte.
- Těhotenské nebo užívání perorální antikoncepce může snížovat komfort nošení kontaktních čoček. Pokud nastane taková situace, obraťte se na svého kontaktologa.
- jakékoliv závažné zdravotní příhody nastalé v souvislosti s kontaktními čočkami je potřeba neprodleně nahlásit výrobci a kompetentním orgánům v členském státě Evropské Unie, ve kterém se uživatel nachází.
- Datum exspirace: Viz obal. Nepoužívejte po datu exspirace.
- Doporučuje se přepravovat kontaktní čočky při teplotách od 5 °C do 50 °C, chráněné před přímým slunečním zářením. Doporučená skladovací teplota je od 15 °C do 35 °C.
- Pokud máte předpisy nenařizují jinak, lze kontaktní čočky zlikvidovat v rámci komunálního odpadu.

Legenda k symbolům a zkratkám na štítku:
- Výrobce
- Datum exspirace
- Číslo šarže
- Sterilizováno párou
- Přečtěte si návod k použití
- Značka CE potvrzuje, že splňuje standardy stanovené v evropské legislativě pro zdravotnické prostředky.[2]

Käyttöohjeet — FI

Pehmeät piilolinssit

Tuotteen nimi: katso pakkausmerkinnät
Materiaalin nimi: katso pakkausmerkinnät
Säilytysliuos: suolaliuos
Käyttötarkoitus: käytetään päivittäisiin.
Käyttöaiheet: taittovirheiden korjaaminen ja näöntarkkuuden optimointi.
Käyttöajat: Linssit soveltuvat päivittäiseen käyttöön. Älä käytä linssejä nukkumiseen, ellei silmien terveyden ammattilainen ole ohjeistanut sen olevan turvallista. Noudata silmien terveyden ammattilaisen ohjeistamia käyttö- ja vaihtoaikoja.

Puhdistus- ja käyttöohjeet
Linssi normaali/ulkoinen (kuva 1)
Linssin asettaminen (kuva 2)
Linssin poistaminen (kuva 3)

- Piilolinssit ja piilolinssien kotelo on puhdistettava, huuhdottava, huolletava ja vaihdettava säännöllisesti silmien terveyden ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Älä huuhtele linssejä hanavedellä. Siihen suositellaan steriilä suolaliuosta. Jätä linssikotelo kuivumaan avonaisena.
- Käytä vain silmien terveyden ammattilaisen suosittelemia puhdistusaineita, jotta haitallinen reaktiot piilolinssien ja puhdistusaineen välillä vältetään.
- Pese kätesi huolellisesti saippualla ja kuivaa ne tarkasti ennen linssien käsittelyä.
- Ei saa käyttää, jos piilolinssi on vaurioitunut.
- Hävitä piilolinssit tavallisen kotitalousjätteen mukana, ellevät paikalliset määräykset vaadi toisin.

Varoitukset
Seuraavissa tilanteissa tuotetta ei saa käyttää ja on otettava yhteyttä silmien terveyden ammattilaiseen:
- tulehdus, infektio, punoitus tai silmän tai silmäluomen ärsytys
- sarveiskalvon herkkyyden muutokset tai kyynelerirauksen väheneminen
- mikä tahansa yleinen sairaus, jolla saattaa olla vaikutusta silmiin tai jonka vuoksi piilolinssien käyttäminen saattaa suurentaa komplikaatioiden riskiä
- Piilolinssien käytön intoleranssi tai sitä aiheutuva epänormaali reaktio silmissä.

Jos piilolinssien käytössä ilmenee epämukavuutta aiheuttavia muutoksia, ilmoita siitä silmien terveyden ammattilaiselle. Tällaisia muutoksia saattavat olla lisääntynyt kyynelerinen, vaikea punoitus, heikko näkökyky tai allerginen reaktio. Jos hoitoon ei hakeudutu ajoissa, silmät saattavat vaurioitua pysyvästi.

Piilolinssejä ei saa käyttää, jos käyttäjä on kyvytön noudattamaan piilolinssien turvallista käyttöä koskeva ohjeita tai on valmiipitämätön niitä kohtaan.

Varotoimet:
- Käy säännöllisimmässä silmissä ja piilolinssisi silmien terveyden ammattilaisella.
- Jos valaistus on heikko, kaksitehe- ja monitehoilmiöt saattavat synnyttää rukkeileyä heikentävä heijastuksia. Varmista hämärällä ja pimeällä, että näkösi on normaali, varsinkin ennen moottoriajoneuvolla ajamista.
- Jos käyttäjän lukulasi on suurempi kuin +1,50 D, silmien terveyden ammattilaisen tulee seurata käyttäjää huolellisesti sopeutumisvaiheen aikana. Näön tarkkuus ei välttämättä ole sopeutumisvaiheen aikana paras mahdollinen.
- Pehmeitä piilolinssejä ei saa käyttää uidessa. Tämä voi aiheuttaa mikrobi- tai virusinfektion.
- Pehmeitä piilolinssejä ei ole turvallista käyttää uudelleen, jos niitä on säilytetty pidemmän aikaa kuin puhdistusohjeissa on neuvottu. Tässä tilanteessa ne on hävitettävä ja käyttöön on otettava uudet linssit.
- Nämä steriilit piilolinssit on steriloitu höyryllä. Varmista, että pakkauksen suljukseteke ei ole vaurioitunut tai auki, kun käytät linssejä ensimmäisen kerran. Jos havaitset vikaa, ota yhteyttä myyjään.
- Poista linssit ja huuhtele ne huolellisesti määrätyllä hoitojärjestelmällä välttämästä, jos kontakti kosmetikan kanssa tai savukkeen savu ärsyttää silmiä.
- Pitkäkestoiset lääkitykset saattavat vaikuttaa linssien käyttöön. Musta kertoa silmien terveyden ammattilaiselle, jos olet on jokin lääkitys.
- Raskaus tai ehkäisylääkkeiden käyttö saattaa tehdä piilolinssien käytöstä epämukavaa. Jos näin käy, ota yhteyttä silmien terveyden ammattilaiseen.
- Mähin piilolinssihin liittyvistä vakavista terveyteen kohdistuvista vahingoista tulee ilmoitaa viipymättä valmistajalle ja käyttäjän asuinmaan (EU:n jäsenvaltion) toimivaltaiselle viranomaiselle.
- Viimeisen käyttöpäivä: katso pakkaus. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Suositellut kuljetusolosuhteet ovat 5–50 °C:een lämpötila ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Suositeltu säilytyslämpötila on 15–35 °C.
- Piilolinssit voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, ellevät paikalliset määräykset vaadi toisin.

Pakkausmerkintöjen symboleiden ja lyhenteiden selitykset:
- Valmistaja
- Viimeinen käyttöpäivä
- Eränumero
- Höyrysterilointi
- Katso käyttöohjeet
- CE-merkintä osoittaa, että tuote on lääkinnällisiä laitteita koskevassa Euroopan Unionin lainsäädännössä annettujen standardien mukainen.

Οδηγίες χρήσης — EL

Μαλακοί φακοί επαφής

Ονομασία προϊόντος: βλ. ετικέτα συσκευασίας
Ονομασία υλικού: βλ. ετικέτα συσκευασίας
Διάλυμα φύλαξης: φυσιολογικός ορός
Προβλεπόμενη χρήση: το προϊόν προορίζεται για καθημερινή χρήση.
Ενδείξεις χρήσης: διόρθωση των διαθλαστικών σκοπιμοτήτων και βελτιστοποίηση της οπτικής οξύτητας.
Χρονοδιάγραμμα χρήσης: οι φακοί είναι κατάλληλοι για ημερήσια χρήση. Μην κοιμάστε με τους φακούς, εκτός εάν ο οφθαλμιατρός σας σάς έχει υποδείξει ότι είναι ασφαλές. Τηρείτε το χρονοδιάγραμμα χρήσης και αντικατάστασης που σάς έχει παραχωρήσει από τον οφθαλμιατρό σας.

Οδηγίες για καθαρισμό και χρήση
Φακός κανονικά/ τέλειφαίν/εσωτερικά (Εικ.1)
Τοποθέτηση φακού (Εικ.2)
Αφαίρεση φακού (Εικ.3)

- Η λειτουργία, η συντήρηση και η αντικατάσταση φακούδα των φακών και της θήκης των φακών επαφής θα τηρείτε για τις προμηθευτοποιίες οδηγίες και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον οφθαλμιατρό σας. Μη χρησιμοποιείτε νερό βρύσης για την ανάλυση των φακών. Προτιμητέο κατά προτίμηση φυσιολογικό ορό (στείρο αλατούχο διάλυμα) και ανήνετε τη θήκη των φακών να στεγνώσει στον αέρα ανοιχτά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα διαλύματα καθαρισμού που συνιστώνται από τον οφθαλμιατρό σας, έστω και αποφεύγεται η ανεπιθύμητη αλληλεπίδραση μεταξύ των φακών επαφής και του διαλύματος καθαρισμού
- Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και στεγνώστε τα προσεκτικά πριν χειριστείτε τους φακούς.
- Μη χρησιμοποιείτε τους φακούς επαφής εάν έχουν υποστεί ζημιά
- Απορρίπτετε τους φακούς επαφής μαζί με τα οικιακά απόβλητα, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους τοπικούς κανονισμούς.

Προειδοποιήσεις
Μη χρησιμοποιείτε τους φακούς επαφής και συμβουλευτείτε τον οφθαλμιατρό σας εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις:
- Φλεγμονή, λοίμωξη, ερυθρότητα ή ερεθισμός του οφθαλμού ή του βλεφάρου.
- Μειωμένη ευαισθησία του κερατοειδούς χιτώνα ή μειωμένη παραγωγή δακρύων.
- Οποιαδήποτε γενικό νόσος που ενδέχεται να επηρεάσει τους οφθαλμούς, ή για την οποία η χρήση των φακών επαφής ενδέχεται να αυξήσει τον κινδυνο επιπλοκών.
- Δυσανεξία ή μη φυσιολογική αντίδραση των οφθαλμών στη χρήση φακών επαφής

Αναφέρετε στον οφθαλμιατρό σας οποιαδήποτε μεταβολή στην άνεση των οφθαλμών κατά τη χρήση των φακών επαφής, αυτές οι μεταβολές μπορεί να περιλαμβάνουν αυξημένη δακρύρροια, σοβαρή ερυθρότητα, ακατηρή όραση ή αλλεργική αντίδραση. Ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη οφθαλμική βλάβη σε περίπτωση που δεν αναζητήσετε έγκαιρα ιατρική θεραπεία.

Οι φακοί επαφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν ο χρήστης αδυνατεί ή αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση των φακών επαφής.

Προφυλάξεις:
- Επισκέπτεστε τακτικά τον οφθαλμιατρό σας για την εξέταση των ματιών και των φακών επαφής.
- Σε συνθήκες συνθήκες φωτισμού, οι διαστακοί ή οι πολυεστιακοί φακοί ενδέχεται να δημιουργούν ανακλάσεις που μπορεί να επηρεάζουν την όραση. Βεβαιωθείτε ότι η όρασή σας δεν έχει πρόβλημα στην νυχτερή φωτισμό/νύχτα, ιδιαίτερα πριν τον οχημού μηχανοκίνητου οχήματος.
- Οι χρήστες με βαθιά προσβιωπίας μεγαλύτερο από +1,50 D θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά από οφθαλμιατρο κατά τη φάση προσαρμογής. Η οπτική οξύτητα ενδέχεται να είναι υποβέλτιστη κατά τη φάση προσαρμογής.
- Μην φοράτε μαλακούς φακούς επαφής ενώ κολυμπάτε, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε μικροβιακές ή ιογενείς λοιμώξεις.
- Δεν είναι ασφαλές η επαναχρησιμοποίηση μαλακών φακών επαφής που φυλάσσονται για περίοδο μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στις οδηγίες καθαρισμού. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιούνται νέοι φακοί και να απορρίπτετε τους παλιούς.
- Η αποστείρωση των φακών επαφής έχει πραγματοποιηθεί με χρήση ατμού. Όταν χρησιμοποιείτε φακούς για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχτεί. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
- Αφαιρέστε και εκπλύνετε τους φακούς σχολαστικά με το συστηματοποιημένο σύστημα φροντίδας σε περίπτωση ερεθισμού των ματιών λόγω επαφής με καλλυντικά προϊόντα ή καπνό τσιγάρου
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για μακράς χρονικό περίοδο ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα χρήσης των φακών. Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε τον οφθαλμιατρό σας για τυχόν φάρμακα που λαμβάνετε.
- Η κύηση ή η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών φαρμάκων ενδέχεται να μειώσει την άνεση χρήσης των φακών επαφής. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον οφθαλμιατρό σας.
- Τυχόν σοβαρό περιστατικό υγείας που έχει προκύψει σε σχέση με τους φακούς επαφής θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Ευρωπαϊκού Κράτους-Μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης.
- Ημερομηνία λήξης: βλ. συσκευασία. Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
- Οι συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς κυμαίνονται μεταξύ 5°C και 50°C, ενώ πρέπει να αποφεύγεται τα άμεσο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη θερμοκρασία φύλαξης κυμαίνεται μεταξύ 15°C και 35 °C.
- Οι φακοί επαφής μπορούν να απορριπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους τοπικούς κανονισμούς.

Επεξήγηση συμβόλων και συντομογραφιών στην ετικέτα:
- Κατασκευαστής
- Ημερομηνία λήξης
- Αριθμός παρτίδας
- Αποστείρωση με ατμό
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
- Η σήμανση CE επιβεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Upute za uporabu — HR

Mekane kontaktne leće

Naziv proizvoda: vidi oznaku na ambalaži
Naziv materijala: vidi oznaku na ambalaži
Otopina za pohranu: fiziološka otopina
Namjena: proizvod je namijenjen za svakodnevno nošenje.
Indikacije za uporabu: ispravljanje refrakcijskih poremećaja i optimizacija oštrine vida.
Raspored nošenja: leće su pogodne za svakodnevno nošenje. Nemojte spavati s lećama, osim ako vam vaš stručnjak za oči ne savjetuje da je to sigurno. Pridržavajte se rasporeda trošenja i zamjene leća koji vam propише vaš stručnjak za oči.

Upute za čišćenje i uporabu
Leće izvana/iznutra (sl.1)
Stavljanje leće (sl. 2)
Skidanje leće (sl. 3)

- Kontaktne leće i kutija za kontaktne leće moraju se redovito i pažljivo prati, održavati i mijenjati u skladu s uputama vašeg stručnjaka za oči. Nemojte upotrebljavati vodu iz slavine za ispiranje leća. Koristite se fiziološkom otopinom (sterilna mješavina soli i vode) i pričekajte da se otvorena kutija za leće osuši na zraku.
- Primjenjuje isključivo sredstva za čišćenje koja preporučuje vaš stručnjak za oči kako biste izbjegli neželjene interakcije između kontaktnih leća i sredstva za čišćenje.
- Prije rukovanja lećama temeljito operite ruke sapunom i pažljivo ih osušite.
- Nemojte se koristiti kontaktnim lećama ako primijetite bilo kakvo oštećenja
- Kontaktne leće odložite u uobičajeni kućanski otpad, osim ako lokalni propisi ne zahtijevaju drugačije.

Upozorenja
Nemojte upotrebljavati kontaktne leće i potražite savjet stručnjaka za oči ako dođe do bilo kojeg od sljedećeg stanja:
- Upale, infekcije, crvenila ili iritacije oka ili kapka.
- Promjene osjetljivosti rožnice ili smanjene proizvodnje suza.
- Bilo koje opće bolesti koja može utjecati oko ili kod koje može doći do povećanog rizika od komplikacija zbog nošenja kontaktnih leća.
- Netolerancije ili neuobičajene reakcije oči na nošenje kontaktnih leća.

Sve promjene stanja očiju tijekom nošenja kontaktnih leća prijavite svom stručnjaku za oči; navedene promjene mogu uključivati pojačanu proizvodnju suza, nagašeno crvenilo, narušen vid ili alergijsku reakciju. Ako ne zatražite pravodobnu zdravstvenu pomoć, može doći do trajnog oštećenja očiju.

Nemojte upotrebljavati kontaktne leće ako nositelj ne može ili odbija slijediti upute za sigurnu uporabu kontaktnih leća.

Mjere opreza:
- Redovito posjećuje svog stručnjaka za oči radi pregleda očiju i kontaktnih leća.
- U lošim uvjetima osvjetljenja, bifokalne ili multifokalne leće mogu izazvati odsjaje koji smanjuju kvalitetu vida. Pazite da kvalitetu vida nije narušena u sumrak / tijekom noći, a posebice prije upravljanja motornim vozilom.
- Korisnike s dodatkom za čitanje većim od +1,50 D treba pažljivo pratiti stručnjak za oči tijekom razdoblja prilagodbe. Oštrina vida može biti nezadovoljavajuća tijekom razdoblja prilagodbe.
- Nemojte nositi mekane kontaktne leće tijekom plivanja. To može dovesti do mikrobnih ili virusnih infekcija.
- Nije sigurno ponovno upotrebljavati mekane kontaktne leće koje nisu korištene duže od propisanog u uputama za čišćenje. U tom slučaju zbrinite stare leće u otpad i koristite se novim lećama.
- Ove sterilne kontaktne leće sterilizirane su parom. Prije prvog korištenja leća pazite da brna na ambalaži nije oštećena ili otvorena. U suprotnom se odmah obratite trgovcu.
- Kako biste spriječili iscjedak leća propisanim sustavom za njegu ako dođe do iritacije očiju zbog dodira s kozmetičkim proizvodima ili dimom cigareta
- Lijekovi koji se uzimaju neko duže vrijeme mogu utjecati na trošenje leća. Obavezno obavijestite svog stručnjaka za oči o svim lijekovima koje uzimate.
- Trudnoća i lijekove za oralnu kontracepciju mogu smanjiti udobnost nošenja kontaktnih leća. Ako se to dogodi, obratite se svom stručnjaku za oči.
- Svaki ozbiljan zdravstveni incident u vezi s kontaktnim lećama treba bez odgađanja prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj je se nalazi korisnik.
- Rok valjanosti: vidi ambalažu. Nemojte upotrebljavati leće nakon isteka roka valjanosti.
- Preporučeni uvjeti transporta: temperatura između 5 °C i 50 °C uz izbjegavanje izlaganja sunčevoj svjetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: između 15 °C i 35 °C.
- Kontaktne leće mogu se zbrinuti s uobičajenim kućanskim otpadom, osim ako lokalni propisi ne zahtijevaju drugačije.

Objašnjenje simbola i skraćenica na ambalaži:
- Proizvođač
- Rok valjanosti
- Broj serije
- Sterilizirano parom
- Pročitajte upute za uporabu
- Oznaka CE potvrđuje da proizvod zadovoljava standarde propisane zakonodavstvom država članica o medicinskim proizvodima.

Bruksanvisning — NB

Myke kontaktlinser

Produktnavn: Se etikett på emballasjen
Navn på materiale: Se etikett på emballasjen
Oppbevaringsvæske: saltvann
Tiltenkt bruk: produktet er beregnet for bruk om dagen.
Indikasjoner for bruk: korrigering av brytningsfeilsymptomer og optimering av synskarphet.
Tidsskjema for bruk linsene er egnet til daglig bruk. Ikke sov med linsene på med mindre din optiker har sagt at det er trygt. Følg plan for bruk og